СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ22.В01929

Срок действия с 24.01.2011 **по** 23.01.2014

№ 0413342

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ИМ22.
ОС МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЗАО "МЕДИТЕСТ".
129272, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.30, комната правления 187, тел. 514-64-99, (499)246-67-16.

ПРОДУКЦИЯ БИНТ ЛИПКИЙ НА ПОЛОТНЕ НЕТКАНОМ ПРОКЛАДОЧНОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОВЯЗОК И ДРУГИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ "БИНТЛИ" по ТУ 9393-008-17168608-2004
Серийный выпуск.

код ОК (ОКП)
93 9331

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993 (чч. 1, 2, 5, 10), ГОСТ Р 52770-2007, Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинских

код ТН ВЭД России
3005 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Группа Компаний Пальма".
Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29/2, стр.1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Группа Компаний Пальма".
Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29/2, стр.1. Телефон 9213719, факс 9213719.

НА ОСНОВАНИИ

Рег.удостоверения № ФСР 2008/01721 от 07.02.2008 г.;
Протокола токсик. испытаний № 8494.010 от 26.10.2010 г.,
НИЦ ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России, рег. № РОСС RU.0001.21ИМ33

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия на потребительской упаковке [illegible] 51460-92.

Руководитель органа ..... С.В.Солонников

М.П.

Эксперт .....

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации